

GIẤY PHÉP

Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán y tế)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 27/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, thông báo, khai báo, cấp phép, thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và bồi thường thiệt hại hạt nhân;

Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa ngày 10/3/2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1623/TTr-SKHCHN ngày 24/4/2026.

CHO PHÉP:

1. Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ: Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại: 02373.950.866.

Được phép: Sử dụng 01 (Một) thiết bị X - quang chẩn đoán y tế có các đặc trưng (tại Phụ lục II) của Giấy phép này để chụp chẩn đoán bệnh.

2. Trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa phải tuân thủ các điều kiện (tại Phụ lục I) của Giấy phép này và các quy định hiện hành của pháp luật.

3. Giấy phép này có giá trị đến ngày 05 tháng 5 năm 2029./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở: Khoa học và Công nghệ, Y tế;
- Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CNXDKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Cao Văn Cường

Phụ lục I

CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP

(Kèm theo Giấy phép số /GP-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND tỉnh)

1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép chỉ được tiến hành công việc bức xạ khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện cấp phép tương ứng theo quy định tại Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ.
2. Trường hợp xảy ra sự cố bức xạ, phải thông báo khẩn cấp cho các cơ quan liên quan và:

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 39437097. Fax: (024) 38263477.

3. Trường hợp tiếp tục tiến hành công việc bức xạ sau thời hạn ghi trong Giấy phép này, phải làm thủ tục đề nghị gia hạn giấy phép trước khi Giấy phép hết hạn ít nhất 45 ngày.

Phụ lục II

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP

(Kèm theo Giấy phép số /GP-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND tỉnh)

TT	Tên thiết bị	Mã hiệu, số xêri	Hãng sản xuất, Nơi sản xuất, Năm sản xuất.	Thông số làm việc cực đại kV max, mA max/mAs max	Mục đích sử dụng, địa điểm sử dụng, sử dụng cố định hay di động	Các bộ phận của thiết bị			
						Tên bộ phận	Hãng sản xuất	Mã hiệu	Số xêri
1	Thiết bị chụp X - quang di động	ACCORD DR 40, 972-19-062-089	General Medical Merate, Italy, 2019	150 kV 320 mAs	- Chụp chẩn đoán bệnh. - Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. - Sử dụng di động.	Bàn điều khiển	/	/	/
						Đầu bóng phát tia X	I.A.E.SpA	RTM 72HS	85W090