

Số: /GP-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

GIẤY PHÉP

Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán y tế)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 27/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, thông báo, khai báo, cấp phép, thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và bồi thường thiệt hại hạt nhân;

Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của Công ty Cổ phần Y dược Trí Đức ngày 01/3/2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1276/TTr-SKHCN ngày 06/4/2026.

CHO PHÉP:

1. Công ty Cổ phần Y dược Trí Đức.

Địa chỉ: Xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373.869.566

Được phép: Sử dụng 04 (Bốn) thiết bị X - quang chẩn đoán y tế có các đặc trưng (tại Phụ lục II) của Giấy phép này để chụp chẩn đoán bệnh.

2. Trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, Công ty Cổ phần Y dược Trí Đức phải tuân thủ các điều kiện (tại Phụ lục I) của Giấy phép này và các quy định hiện hành của pháp luật.

3. Giấy phép này có giá trị đến ngày 20/5/2029.

Giấy phép này gia hạn cho Giấy phép số 643/GP-SKHCN ngày 21/4/2023./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở: Khoa học và Công nghệ, Y tế;
- Công ty Cổ phần Y dược Trí Đức;
- Lưu: VT, CNXDKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Văn Cường

Phụ lục I

CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP

(Kèm theo Giấy phép số /GP-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND tỉnh)

1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép chỉ được tiến hành công việc bức xạ khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện cấp phép tương ứng theo quy định tại Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ.

2. Trường hợp xảy ra sự cố bức xạ, phải thông báo khẩn cấp cho các cơ quan liên quan và:

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 39437097. Fax: (024) 38263477.

3. Trường hợp tiếp tục tiến hành công việc bức xạ sau thời hạn ghi trong Giấy phép này, phải làm thủ tục đề nghị gia hạn giấy phép trước khi giấy phép hết hạn ít nhất 45 ngày.

Phụ lục II

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP

(Kèm theo Giấy phép số /GP-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND tỉnh)

TT	Tên thiết bị	Mã hiệu, số xêri	Hãng sản xuất, nơi sản xuất, năm sản xuất	Thông số làm việc cực đại kV max, mA max/mAs max	Mục đích sử dụng, địa điểm sử dụng, sử dụng cố định hay di động	Các bộ phận của thiết bị			
						Tên bộ phận	Hãng sản xuất	Mã hiệu	Số xêri
1	Thiết bị X - quang răng	JYF-10D, 1605048	Hainuo, Trung Quốc, 2016	60 kV 8 mA	- Chụp chẩn đoán bệnh. - Công ty Cổ phần Y dược Trí Đức, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. - Sử dụng cố định.	Bàn điều khiển	/	/	/
						Đầu bóng phát tia X	Hainuo	XD2-1.4/85	1703079
2	Thiết bị chụp X - quang tổng hợp	EVA-HF525 Plus, VKM10122070 114	Vietnam-Korea medical, Việt Nam, 2017	125 kV 500 mA		Bàn điều khiển	Vietnam-Korea medical	CP-401-B	1609069
						Đầu bóng phát tia X	Toshiba	E7239X	16L926
3	Thiết bị chụp X - quang tổng hợp	Galaxy Lite S, GLS50-R003	Medien, Hàn Quốc, 2013	125 kV 500 mA		Bàn điều khiển	Poskom	CP-501T-B	1306061
						Đầu bóng phát tia X	Toshiba	E7239X	13D991
4	Thiết bị chụp cắt lớp vi tính	Supria, W1273	Hitachi, Nhật Bản, 2017	140 kV 400 mA		Bàn điều khiển	/	/	/
						Đầu bóng phát tia X	Hitachi	CT-WS20-5M400	G1Z00035 17