

Số: /GP-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

GIẤY PHÉP

**Tiến hành công việc bức xạ
(Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ Chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của Hộ kinh doanh Lê Văn Sỹ ngày 22/12/2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 128/TTr-SKHCN ngày 10/02/2022.

CHO PHÉP:

Hộ kinh doanh Lê Văn Sỹ.

Địa chỉ: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại: 0932.391.358.

Được phép: Sử dụng 01 (một) thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế có các đặc trưng nêu tại phần kèm theo của Giấy phép này để chụp chẩn đoán bệnh.

Trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật và các điều kiện của Giấy phép.

Giấy phép này có giá trị đến ngày 28 tháng 02 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Các sở: KH&CN, Y tế;
- Hộ kinh doanh Lê Văn Sỹ;
- Lưu: VT, NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang

CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP

*(Kèm theo Giấy phép số /GP-UBND ngày tháng năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh)*

1. Chỉ được phép tiến hành công việc bức xạ với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế có các đặc trưng nêu tại phần kèm theo của Giấy phép này.
2. Trường hợp tiếp tục tiến hành công việc bức xạ sau thời hạn ghi trong Giấy phép này, phải làm thủ tục đề nghị gia hạn giấy phép theo quy định.
3. Trường hợp chuyển nhượng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế cho tổ chức, cá nhân khác, phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
4. Trường hợp xảy ra sự cố bức xạ, phải thông báo khẩn cấp cho các cơ quan liên quan và:

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.39439731.

Fax: 024.39439733.

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NGUỒN BỨC XẠ TRONG CÔNG VIỆC BỨC XẠ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP

(Kèm theo Giấy phép số /GP-UBND ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

| TT | Tên thiết bị | Mã hiệu, số xêri | Hãng SX, Nơi SX, Năm SX | Thông số làm việc cực đại kV max, mA max/mAs max | Mục đích sử dụng, Địa điểm sử dụng, Sử dụng cố định hay di động | Các bộ phận của thiết bị | | | |
|----|----------------------------------|-------------------|-------------------------|--|---|--------------------------|----------|---------|-----------|
| | | | | | | Tên bộ phận | Hãng SX | Mã hiệu | Số xêri |
| 1 | Thiết bị chụp X - quang tổng hợp | BT300, XCL0611181 | Việt Nam, 2018 | 100 300 | - Chụp chẩn đoán; - Phòng khám An Nhật; - Cố định. | Bàn điều khiển | Việt Nam | TD300 | XCL061118 |
| | | | | | | Đầu bóng phát tia X | Việt Nam | E7239X | 07F0313X |