

Số: /GP-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

## GIẤY PHÉP

**Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế)**

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 27/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, thông báo, khai báo, cấp phép, thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và bồi thường thiệt hại hạt nhân;*

*Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của Hộ kinh doanh cá thể Lê Văn Tuấn ngày 13/3/2026;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1317/TTr-SKHCN ngày 08/4/2026.*

### CHO PHÉP:

1. Hộ kinh doanh cá thể Lê Văn Tuấn.

Địa chỉ: Xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại: 0986.724.151.

Được phép: Sử dụng 01 (Một) thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế có các đặc trưng (tại Phụ lục II) của Giấy phép này để chụp chẩn đoán bệnh.

2. Trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, Hộ kinh doanh cá thể Lê Văn Tuấn phải tuân thủ các điều kiện (tại Phụ lục I) của Giấy phép này và các quy định hiện hành của pháp luật.

3. Giấy phép này có giá trị đến ngày 20 tháng 4 năm 2029./.

### Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở: Khoa học và Công nghệ, Y tế;
- Hộ kinh doanh cá thể Lê Văn Tuấn;
- Lưu: VT, CNXDKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Văn Cường

## **Phụ lục I**

### **CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP**

*(Kèm theo Giấy phép số /GP-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND tỉnh)*

1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép chỉ được tiến hành công việc bức xạ khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện cấp phép tương ứng theo quy định tại Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ.

2. Trường hợp xảy ra sự cố bức xạ, phải thông báo khẩn cấp cho các cơ quan liên quan và:

### **BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 39437097. Fax: (024) 38263477.

3. Trường hợp tiếp tục tiến hành công việc bức xạ sau thời hạn ghi trong Giấy phép này, phải làm thủ tục đề nghị gia hạn giấy phép trước khi Giấy phép hết hạn ít nhất 45 ngày.

**Phụ lục II**  
**CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ X - QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP**  
(Kèm theo Giấy phép số            /GP-UBND ngày        tháng        năm 2026 của UBND tỉnh)

| TT | Tên thiết bị                     | Mã hiệu, số xêri   | Hãng sản xuất, Nơi sản xuất, Năm sản xuất         | Thông số làm việc cực đại kV max, mA max/mAs max | Mục đích sử dụng, Địa điểm sử dụng, Sử dụng cố định hay di động                                                   | Các bộ phận của thiết bị |                                 |                  |          |
|----|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|----------|
|    |                                  |                    |                                                   |                                                  |                                                                                                                   | Tên bộ phận              | Hãng sản xuất                   | Mã hiệu          | Số xêri  |
| 1  | Thiết bị chụp X - quang tổng hợp | YZ -200B, 11112180 | Yangzhou Kangtai Medical Device, Trung Quốc, 2011 | 100 kV<br>200 mA                                 | - Chụp chẩn đoán bệnh;<br>- Hộ kinh doanh cá thể Lê Văn Tuấn, Xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.<br>- Sử dụng cố định. | Bàn điều khiển           | Yangzhou Kangtai Medical Device | YZ - 200B        | 11112180 |
|    |                                  |                    |                                                   |                                                  |                                                                                                                   | Đầu bóng phát tia X      | Yangzhou Kangtai Medical Device | XD51 - 20,40/100 | 11112180 |